CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 16/12573

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 21 de Noviembre de 2016
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S y Sr. Mario Rodriguez

Equipo : Digestor
Marca : Buchi Modelo : K-425 Serie : 1000110353
Identificación Interna : -

TRABAJO REALIZADO:
- Revisión eléctrica y de calefactores
- Revisión de dispositivos controladores de temperatura
- Limpieza general
- Control de funcionamiento

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto STM-265/16
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 15951

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.