INF / 17-1503 Santiago, 23 de Enero de 2017

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 56981

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n, Km 7.5, Isla de Maipo
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	PH Metro
Marca	:	Thermo
Modelo	:	Orion Star
Serie	:	X125662
Técnico	:	Manuel Tapia
Fecha Visita	:	17 de Enero de 2017

Actividades a realizar:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural de equipo
- ✓ Verificación controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Verificar estado de electrodo
- ✓ Verificar estado de termocompresor
- ✓ Verificar estado de fuente de alimentación

Verificación primaria de funcionamiento:

- ✓ Verificación encendido e inicialización correcta
- ✓ Verificación key-board operativo
- ✓ Verificación de temperatura y mediciones
- ✓ Verificación pendiente de electrodo

Trabajo preventivo:

- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcaza
- ✓ Limpieza tarjetas electrónicas
- ✓ Limpieza de electrodo y sensor de T°
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Armado y puesta en marcha
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo operativo

Observaciones:

- Equipo opera correctamente de acuerdo a parámetros establecidos por fabrica.-



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal