SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS
Lab-Tec

INFORME TÉCNICO Nº 4590 - 4

EMPRESA	: Promaiz	**EQUIPO**	: Refractometro
CLIENTE	: Anthony Greig	**MARCA**	: Bellingam Stanley
DIRECCIÓN	: Av. Jaime Guzman S/N	**MODELO**	: RFM 340
CIUDAD	:	**SERIE**	: B14018
FONO / FAX	:229255473	**COD. INTERNO**	:
FECHA DE TRABAJO	: 01/12/2016	**FECHA DE ENTREGA INF.**	05/12/2017

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

-Equipo funcionando normalmente.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza Mantención preventiva, realizando los siguiente:

- Control Inicial del equipo.
- Verificación de estado.
- Desarme de equipo.
- Se limpia sistema de control.
- Revisión de calefactores.
- Control de termostato de seguridad
- Control de temperatura.
- Pruebas de funcionamiento.
- Armado del equipo
-

Medición del equipo	Medición del instrumento
24.0º C	**23.9º C**

CONCLUSION

EQUIPO OPERATIVO

Sin otro particular se despide atentamente

LAB - TEC Ltda. Servicio Técnico Fono: 27722868 - anexo 221

Alfonso Benavente E
Depto. de Servicio Técnico Lab-Tec.
abenavente@lab-tec.cl
+56-2-27722868