

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 16/12575

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 21 de Noviembre de 2016
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S. y Sr. Mario Rodriguez A.


Equipo : Neutralizador de Gases
Marca : Buchi Modelo : K-415 Serie : 1000143847
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:

- Limpieza de cabezal de vacío
- Limpieza de vidrio
- Reacondicionamiento de contacto
- Chequeo de motor
- Control de funcionamiento

Observaciones :

- El trabajo se realizó de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto STM-265/16
- Luego de la mantención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 15951



NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.