PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	18/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-836

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/01/2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15/03/2017	3,82	4,01	6,92	7	CALIBRADO OK
18/04/2017	3,88	4,01	6,94	7	CALIBRADO OK