PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	11-08-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-1359B

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
12-04-2017	3,9	4,01	6,87	7,03	CALIBRACION OK
05-05-2017	3,94	4,01	6,96	7,01	CALIBRACION OK
12-06-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
12-07-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
11-08-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS