PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 13/12/2016

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-1322A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
19/01/2017	3,92	4	6,99	7	CALIBRACION OK