CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 18/13923

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 24 de Enero de 2018
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Neutralizador de Gases
Marca : Buchi Modelo : K-415 Serie : 1000143847
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:
- Limpieza de cabezal de vacío
- Limpieza de vidrio
- Reacondicionamiento de contacto
- Chequeo de motor
- Control de funcionamiento

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-253/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17682

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.