INF / 18-2801 Stgo. 01 de Marzo de 2018

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 67896

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig.
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Mufla
Marca	:	Vulcan
Modelo	:	A-550
Serie	:	9493307
Técnico	:	Manuel Tapia
Fecha Visita	:	21 de Febrero de 2018

Servicio:

- ✓ Se realiza mantención preventiva

Trabajos realizados:

- ✓ Verificación inicial
- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Revisión de calefactores
- ✓ Revisión de tarjetas electrónica
- ✓ Revisión de cables sobre calentadores
- ✓ Revisión de relé de estado solido
- ✓ Limpieza general
- ✓ Validación con sensor infrarrojo a 500°C y 1100°C con resultados positivos

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.