INF / 18-2799 Stgo. 01 de Marzo de 2018

INFORME TÉCNICO
O.T. N° 67896

Cliente	:	**Promaiz S.A.**
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n Km 7.5, Isla de Maipo.
Contacto	:	Anthony Greig.
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Placa Calefactora
Marca	:	Fisatom
Modelo	:	509D
Serie	:	1531775
Técnico	:	José Luis Herrera
Fecha Visita	:	22 de Febrero de 2018

Servicio:

- ✓ Se realiza mantención preventiva

Trabajos realizados:

- ✓ Verificación inicial del equipo
- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Chequeo de sistema electrónico de control
- ✓ Verificación de estado de cableado y terminales de conexión
- ✓ Chequeo de teclado de operación y display
- ✓ Limpieza general
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Resultado obtenido = 200°C = 200°C ± 5°C

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente según parámetros establecidos por fábrica.

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/b.a.l.