

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

Nº 18/13922

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 24 de Enero de 2018
Técnico Responsable : Sr. Juan Obreque P

Equipo : Destilador
Marca : Buchi Modelo : K-350 Serie : 1000143851
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:


- Revision general
- Limpieza general de carcasa
- Limpieza de todos los vidrios
- Acondicionamiento de bombas y válvulas
- Revisión de tarjeta electrónica
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - 1 soporte excéntrico | - 300cm de manguera tygon |
| - 1 Rubber bung | - 100cm de manguera unisil |
| - 1 Set de accesorios | - 1 salida de destilado |

Observaciones :

- El trabajo se realizó de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantención STM-253/17
- Se recomienda para la próxima visita cambio de bomba de soda y vaso protección salpicadura.
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno Nº 17682



NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.