INFORME TÉCNICO Nº 18042703

1. Datos del Cliente

Razón Social: PROMAIZ S.A.
Contacto: Anthony Greig
Dirección: Avda. Senador Jaime Guzmán S/N Km. 7,5
Ciudad: Isla de Maipo
Rut: 76.412.354-9

2. Descripción del Instrumento

Nombre : MEDIDOR MULTIPARAMETRO
Modelo: HQ 30d
Nº Serie: 150900016035

Nombre : Sonda conductividad
Modelo: CDC401
Nº Serie: 170412588009

Nombre : Sonda LDO
Modelo: LDO101
Nº Serie: 160432599011

3. Patrón de referencia y reactivos utilizados

Descripción : Buffer de conductividad 1000uS/cm
Catalogo: 14400-49
Lote: A7349
Descripción : Buffer de conductividad 1413uS/cm
Catalogo: LZW9711.99
Lote: A7311

Pérez Valenzuela Nº 1138 - Providencia - Santiago – Chile
Télefono : (56 -2)24029700 anexo 732
E-mail: serviciotecnico@dilaco.com - Pág.Web:www.dilaco.com

INFORME TÉCNICO Nº 18042703

4. Características de trabajo realizado

[X] Mantención [ ] Reparación [X] Calibración

Mantención consistente en: Cambio iButton/SensorCap. Limpieza del sistema electrónico, carcasas y piezas. Calibración y lecturas según método indicado en manual de servicio.

5. Lecturas Conductividad

Estándar COND.	Rango	Lectura después de la mantención
1000µS	1000±10µS	1000µs/cm
1413µS	1413±14µS	1414µs/cm

6. Lectura LDO

Lectura obtenida en ambiente saturado al 100% de humedad

Lectura después de la calibración
8,49mg/L - 99,4 % @21,6°C/ 983hPa

Pérez Valenzuela Nº 1138 - Providencia - Santiago – Chile
Télefono : (56 -2)24029700 anexo 732
E-mail: serviciotecnico@dilaco.com - Pág.Web:www.dilaco.com

INFORME TÉCNICO Nº 18042703

7. Conclusiones

Este instrumento reúne todas las condiciones para su uso dentro de los parámetros de calibración y funcionamiento indicados en el manual de usuario por el fabricante.

El presente informe está avalado por Dilaco S.A., extendido para los productos HACH COMPANY.

Rodrigo Valencia B.
Servicio Técnico Dilaco S.A.

Santiago, 30 de Abril de 2018