

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14814

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
 Sección : Laboratorio Control de Calidad
 Fecha de Control : 31 de Mayo de 2018
 Técnico Responsable : Sr. Eduardo Antileo

Equipo : Baño Termorregulado
 Marca : Memmert Modelo: WNB-10 Serie :L313.0325
 Identificación Interna : ----

Identificación y Trazabilidad de los Patrones :


Características : Termómetro Digital
 Marca y Modelo : Fluke 51
 Accesorios : Termocupla Standard Tipo K Serie :4309087ws
 Certificado N° : Lc-16314
 Organismo Emisor : Intrónica

Temperatura de Control °C	Temperatura de Trabajo °C	Temp. Inicial Obs. Equipo °C	Temp. Inicial Obs. Patrón °C	Temp. Final Obs. Equipo °C	Temp. Final Obs. Patrón °C	Tolerancia Equipo +/-°C
44,5	44,5	44,7	44,9	44,6	44,8	+/-0,5

T° : Temperatura, °C: Grados Centígrados

Observaciones :

- El trabajo se realizó de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantención STM-012/19
- El fabricante recomienda el uso de este equipo a una temperatura de al menos 10°C, por sobre la temperatura ambiente para conseguir un control adecuado.
- Luego de la mantención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17794


NERU PACHECO BLANCO
 CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.