CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 19/14816

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 07 de Marzo de 2019
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S

Equipo : Destilador
Marca : Buchi Modelo : K-350 Serie : 1000143851
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:

- Revision general
- Limpieza general de carcaza
- Limpieza de todos los vidrios
- Acondicionamiento de bombas y válvulas
- Revisión de tarjeta electrónica
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:

- 100cm de manguera tygon
- 1 Salida de destilado
- 1 Rubber bung
- 1 Kit de accesorios

Observaciones :

- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-012/18
- Se recomienda para la próxima visita cambio de bomba de soda y vaso protección salpicadura.
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17795

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.