		REF	R-M-13
PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	FECHA	17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-530

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20-02-2020	100	109,7	119,4	129,01	138,5	CALIBRACION OK
19-03-2020	100,02	109,71	119,5	129	138,4	CALIBRACION OK