

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

REF

R-M-13

FECHA

17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

FECHA	MEDICION 0°C (Ω)	MEDICION 25°C (Ω)	MEDICION 50°C (Ω)	MEDICION 75°C (Ω)	MEDICION 100°C (Ω)	OBSERVACIONES
19-04-2017	99,9	109,8	119,4	128,9	138,6	CALIBRACION OK
19-05-2017	100	109,79	119,41	129	138,59	CALIBRACION OK
19-06-2017	100	109,79	119,41	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19-07-2017	100	109,78	119,42	129,01	138,6	CALIBRACION OK
21-08-2017	100,02	109,78	119,41	129,02	138,53	CALIBRACION OK
21-09-2017	100,02	109,78	119,42	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-10-2017	100,03	109,77	119,42	129,01	138,54	CALIBRACION OK
20-11-2017	100,02	109,76	119,42	129,01	138,56	CALIBRACION OK
20-12-2017	100,02	109,78	119,41	129,02	138,56	CALIBRACION OK
19-01-2018	100,03	109,79	119,42	129,03	138,54	CALIBRACION OK
19-02-2018	100,03	109,78	119,42	129,03	138,54	CALIBRACION OK
19-03-2018	100	109,78	119,42	129,03	138,56	CALIBRACION OK
19-04-2018	100,02	109,78	119,41	129,03	138,56	CALIBRACION OK
18-05-2018	100,02	109,79	119,41	129,01	138,56	CALIBRACION OK
18-06-2018	100,02	109,77	119,41	129	138,56	CALIBRACION OK
18-07-2018	100	109,79	119,44	129,02	138,59	CALIBRACION OK
20-08-2018	100,01	109,78	119,44	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20-09-2018	100,03	109,78	119,44	129,02	138,59	CALIBRACION OK
19-10-2018	100,01	109,77	119,45	129,02	138,57	CALIBRACION OK
19-11-2018	100,01	109,77	119,45	129,02	138,57	CALIBRACION OK
19-12-2018	100,01	109,78	119,44	129,01	138,59	CALIBRACION OK
18-01-2019	100,03	109,78	119,44	129,02	138,59	CALIBRACION OK
18-02-2019	100,01	109,77	119,45	129,02	138,57	CALIBRACION OK
18-03-2019	100,02	109,77	119,41	129	138,56	CALIBRACION OK
18-04-2019	100,01	109,77	119,4	129,01	138,56	CALIBRACION OK
17-05-2019	100,01	109,78	119,4	129	138,57	CALIBRACION OK
18-06-2019	100,02	109,77	119,41	129,01	138,57	CALIBRACION OK
16-07-2019	100,01	109,77	119,41	129,01	138,57	CALIBRACION OK
20-08-2019	100,01	109,78	109,4	129,01	138,56	CALIBRACION OK
23-09-2019	100	109,77	109,4	129	138,55	CALIBRACION OK
21-10-2019	100,01	109,77	119,45	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20-11-2019	100,02	109,77	119,41	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19-12-2019	100,01	109,7	119,4	129,02	138,55	CALIBRACION OK
21-01-2020	100,02	109,6	119,5	129,01	138,5	CALIBRACION OK