PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 20/01/2020

REGISTRO CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD CT-903

FECHA	LECTURA INICIAL (uS)	LECTURA LABORATORIO (uS)	LECTURA FINAL (uS)	OBSERVACIONES
08/11/2019	2830	2880	2880	CALIBRACION OK
20/12/2019	2835	2880	2880	CALIBRACION OK
20/01/2020	3125	3150	3150	CALIBRACION OK