PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-909

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
16/07/2019	100,04	109,79	119,47	129,01	138,57	CALIBRACION OK
20/08/2019	100,03	109,78	119,47	129,02	138,56	CALIBRACION OK
23/09/2019	100,2	109,77	119,46	129,01	138,56	CALIBRACION OK
21/10/2019	100,01	109,78	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/11/2019	100,01	109,78	119,49	129	138,6	CALIBRACION OK
18/12/2019	100	109,8	119,49	129	138,5	CALIBRACION OK
20/01/2020	100,1	109,6	119,5	129,1	138,4	CALIBRACION OK
20/02/2020	100,2	109,78	119,46	129,02	138,5	CALIBRACION OK
19/03/2020	100	109,7	119,5	129,03	138,4	CALIBRACION OK
20/04/2020	99,94	109,73	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20/05/2020	100,01	109,78	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/06/2020	100,01	109,78	119,49	129	138,6	CALIBRACION OK
20/07/2020	100,01	109,78	119,49	129,01	138,58	CALIBRACION OK