



N° Servicio	Correlativo	Fecha	EQUIPO / MODELO	NÚMERO DE SERIE	Uvvis
			Lambda 25	501S13101406	
			MODELO ACCESORIOS	NÚMERO DE SERIE	LÍNEA PROD.
			CIUDAD	TIPO CONTRATO	

	NOMBRE CLIENTE / DIRECCION	LUGAR DEL SERVICIO
Promaiz		Laboratorio

PROBLEMA INFORMADO / DEFECTO ENCONTRADO	

Equipo no opera correctamente, no inicializa

DESCRIPCION DEL SERVICIO EJECUTADO					

Se realiza visita por problemas con inicialización del instrumento,
Se revisa la fuente de alimentación eléctrica 225 Volt con neutro-tierra de 2.8 Volt, se recomienda revisar ups para bajar voltaje de neutro tierra a menos de 2 Volt.
Se abre el instrumento, se revisan las lámparas detectando que la lámpara de Visible esta con filamento cortado y la lámpara de uv cumple con 1024 horas de uso, se realiza reemplazo de ambas lámparas.
Se reinicia el instrumento, sin problemas.
Se realizan test de performance con Filtro de óxido de Holmio encontrando los picos característicos.
Se realizan test de energía para E1 y E2, los resultados están dentro de especificación
Se realiza test de pico de D2 encontrándolo en la posición correcta.
Se realiza capacitación a los usuarios para el cambio de lámparas.
Se recomienda mantener en stock lámpara de UV N/P L6022728 y Visible N/P B0114620
El equipo se encuentra disponible para y trabajar y operativo

[illegible]

		CONTROL DE HORAS														Total	
FECHA	24-10-16																
HORAS DE TRASLADO	2	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0
INICIO TRABAJO	10	▼	:30	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0
TERMINO TRABAJO	12	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0
ENTRENAMIENTO	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0
IPV	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0	▼	:00	▼	0
TOTAL HORAS					0,00				0,00				0,00				0,00

SERVICIO CONCLUIDO	☒ Si ☐ No	NECESITA REPUESTOS	☐ Si ☒ No	REQUIERE OTRA VISITA	☐ Si ☒ No
--------------------	---	--------------------	---	----------------------	---

NOMBRE CLIENTE		FECHA	OBSERVACIONES
Anthony Greig Olmedo		24-Oct-16	
	FIRMA CLIENTE		Se recomienda mantener en stock lámpara de UV N/P L6022728 y Visible N/P B0114620
			equipo en operaciones
			Por Favor, sus requerimientos de servicios envíelos con copia a:
			servicio.tecnico@perkinelmer.com
José Muñoz Gamboa		24-Oct-16	
	FIRMA TÉCNICO		