PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF	R-M-13
REV	0
FECHA	30/10/2016

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-836

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/01/2017	-	-	-	-	NO OPERATIVO
15/03/2017	3,82	4,01	6,92	7	CALIBRADO OK