

INFORME TÉCNICO JG-241.

Att: Anthony Greig Olmedo. Jefe de Laboratorio.

Ref: Informe de Servicio instrumento DS 2500. S/N 917 40801.

Fecha: 01 de Agosto 2017.

En servicio de asistencia realizado en las dependencias de PROMAIZ, se detalla:

Se realiza mantenimiento preventivo sin el uso de repuestos.

Se entrega impreso el protocolo del mantenimiento preventivo desarrollado a su instrumento.

El líquido refrigerante P/N 6006 6465 se encuentra bajo el nivel recomendado, razón por la cual es necesario completar su nivel con más líquido.