

FILTERGROUP CHILE SpA

Avenida. 11 de Septiembre 1881, Providencia. RUT 76.145.853-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

27 Junio 2016

Señor(es): PROMAIZ

Atención a: Sr. Anthony Greig Olmedo

Dirección: Senador Jaime Guzmán, Isla de Maipo

Fono: 02-29255473

Equipo/Módulo(s): Purificador de Agua

Marca: TKA-Barnstead

Modelo: Micropure

Número de Serie: 41572278

Descripción del Servicio: Equipo con problemas de dispensado de agua y valores de conductividad.

Se chequea equipo, encontrándose un problema en la conexión de la válvula dispensadora de agua a la tarjeta PCB, se rectifica el problema y el equipo opera en forma normal. Se realizan protocolos de mantención, limpieza general y chequeo de flujo y calidad de agua. El cartucho de purificación final se encuentra agotado y fuera de especificaciones por lo que procede a su reemplazo por un cartucho nuevo. Nuevamente se verifican parámetros de flujo y conductividad, encontrándose estos en valores dentro de especificaciones del equipo.


Datos de funcionamiento: Flujo: 1,3 L/min

Producto: 0,055 usiemens

Accesorios Reemplazados: Filtro purificación final, 09.1006

Mantención válida hasta Junio 2017.

Renzo Romero H.



Ingeniero de Servicio

Anthony Greig O.

Firma y Nombre Cliente

3 horas

Horas Trabajadas