

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 17/13245

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A.**
Sección : Laboratorio
Fecha de Control : 15 de Mayo de 2017
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Diaz S. y Sr. Francisco Briones

Equipo : Destilador
Marca : Buchi Modelo : K-350 Serie : 1000143851
Identificación Interna : --

TRABAJO REALIZADO:


- Revision general
- Limpieza general de carcasa
- Limpieza de todos los vidrios
- Acondicionamiento de bombas y válvulas
- Revisión de tarjeta electrónica
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:

- 1 Soporte excéntrico (RBS-338)

Observaciones :

- El trabajo se realizó de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto STM-084/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17115-17132



NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.