



INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 17/13244

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 15 de Mayo de 2017
Técnico Responsable : Sr. Gerardo Díaz S y Sr. Francisco Briones

Equipo : Digestor
Marca : Buchi Modelo : K-425 Serie : 1000110353
Identificación Interna : -

TRABAJO REALIZADO:

- Revisión eléctrica y de calefactores
- Revisión de dispositivos controladores de temperatura
- Limpieza general
- Control de funcionamiento

En esta ocasión se utilizaron los siguientes repuestos:

- 1 set de soporte de tubo (RBS-984)
- 1 set de tapas digestor
- 1 Conector tubo succion

Observaciones :

- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto STM-084/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 17115

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.