CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

INFORME DE MANTENCIÓN Y CONDICIÓN FINAL

N° 17/12834

Empresa Solicitante : **PROMAIZ S.A**
Sección : Laboratorio Control de Calidad
Fecha de Control : 17 de Febrero de 2017
Técnico Responsable : Sr. Francisco Briones

Equipo : Baño Termorregulado
Marca : Memmert Modelo: WNB-10 Serie :L313.0323
Identificación Interna : ----

Identificación y Trazabilidad de los Patrones :
Características : Termómetro Digital
Marca y Modelo : Fluke 51
Accesorios : Termocupla Standard Tipo K Serie :5540730
Certificado N° : Lc-12281
Organismo Emisor : Intrónica

Temperatura de Control °C	Temperatura de Trabajo °C	Temp. Inicial Obs. Equipo °C	Temp. Inicial Obs. Patrón °C	Temp. Final Obs. Equipo °C	Temp. Final Obs. Patrón °C	Tolerancia Equipo +/-°C
44	44	44	44,3	44	44,3	+/-0,5

T° : Temperatura, °C: Grados Centígrados

Observaciones :
- El trabajo se realizo de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de mantencion STM-027/17
- Luego de la manutención el equipo presenta un funcionamiento satisfactorio
- Hoja de atención en terreno N° 15898

NERU PACHECO BLANCO
CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S.A.