

 PerkinElmer® <i>For the Better</i>			Hoja de Servicio PERKIN ELMER CHILE LTDA.															
			Dirección				Antonio Varas # 671 Providencia											
			Ciudad				Santiago				Fono				(56) (02) 784 7500			
							www.perkinelmer.cl				Fax				(56) (02) 2366821			
N° Servicio	Correlativo	Fecha	EQUIPO / MODELO				NUMERO DE SERIE				LINEA PROD.							
			Espectrofotómetro UV-Vis - Lambda 25				501S13101406				Espectrofotometría							
		08-04-2015	MODELO ACCESORIOS				NUMERO DE SERIE				LINEA PROD.							
NOMBRE INGENIERO			CIUDAD				TIPO CONTRATO											
ÁLVARO CARRASCO			ISLA DE MAIPO				INSTALACIÓN / ENTRENAMIENTO											
NOMBRE CLIENTE / DIRECCION						LUGAR DEL SERVICIO												
ANTHONY GREIG // AV.SENADOR JAIME GUZMAN S/N, P.7						PROMAIZ												
PROBLEMA INFORMADO / DEFECTO ENCONTRADO																		
Instalación de instrumento																		
Entrenamiento a usuario para uso y aplicación																		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EJECUTADO																		
<p>Se verifico instalación de espectrofotómetro UV Vis Lambda 25 y se chequeó que todos sus componentes se encontraran en optima condición.</p> <p>Se instaló software WinLab v.6.0 para el control instrumental.</p> <p>Se entrenó al cliente para el uso y aplicaciones de hardware y software WinLab 6.0. Se aclararon conceptos prácticos sobre espectrofotometría y se entregaron recomendaciones de uso y verificación de calibración de equipo.</p> <p>Se realizó test de performance con materiales de referencia, Oxido de Holmio en el rango UV y Visible (scan 200-700 nm) y filtros de densidad óptica, obteniendo resultados dentro de las especificaciones de fábrica (certificados de referencia).</p> <p>se enviará cotización por kit de lamparas de repuesto y certificados de capacitación a los participantes durante la jornada.</p> <p>Equipo en performance y operando en condiciones normales.</p>																		
MATERIALES UTILIZADOS																		
CTD #	NUMERO DE PARTE			DESCRIPCION DEL MATERIAL								OBSERVACIONES						
CONTROL DE HORAS																		
FECHA	8-4-15													Total				
HORAS DE TRASLADO	1	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0,00			
INICIO TRABAJO	10		0		0		0		0		0		0		0,00			
TERMINO TRABAJO	17	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0,00			
ENTRENAMIENTO	3		0		0		0		0		0		0		0,00			
IPV	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0,00			
TOTAL HORAS	7,00						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				7,00				
SERVICIO CONCLUIDO	☒ SI ☐ No			NECESITA REPUESTOS				☐ SI ☒ No				REQUIERE OTRA VISITA			☐ SI ☒ No			
NOMBRE CLIENTE				FECHA				OBSERVACIONES										
ANTHONY GREIG				08-04-15				NOTAS:										
FIRMA CLIENTE																		
FIRMA INGENIERO				FECHA														
ÁLVARO CARRASCO				08-04-15														