

INFORME TÉCNICO

O.T. N° 56981

Cliente	:	Promaiz S.A.
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n, Km 7.5, Isla de Maipo
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Manto Calefactor
Marca	:	Selecta
Modelo	:	6003296
Serie	:	570490
Técnico	:	Manuel Tapia
Fecha Visita	:	13 de Enero de 2017

Trabajos realizados:

- ✓ Se realiza mantención preventiva
- ✓ Se realiza pruebas iniciales
- ✓ Desarme de la unidad
- ✓ Revisión de controladores
- ✓ Revisión de cableado y contactos eléctricos
- ✓ Chequeo general
- ✓ Chequeo de fibra de vidrio y no presencia de humedad
- ✓ Control de encendido
- ✓ Mantención completa
- ✓ Limpieza del equipo
- ✓ Se realiza pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo operativo

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente de acuerdo a parámetros establecidos por fabrica.-



Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal