

Registro de verificación balanza Analítica

Valor nominal masa control	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g
Límite superior de control					
Límite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU AUX-220		Código	DML-001	Mes	JUNIO 2017
Día	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
2	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
3						L
4						
5	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
6	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
8	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
9	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
10						
11						
12	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
13	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
15	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
16	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
17						
18						
19	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
20	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
21	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
22	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
23	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
24						
25						
26						
27	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
28	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
29	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
30	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0001	E. PIZARRO
31						