PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	03-03-2016
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-018		
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Observacion
03/03/16	7.02	4.00	10.00	100.1%	19.0	ESTEBAN C	Noche
04/03/16	7.01	4.01	10.05	97.7%	21.0	JAROL D	DIA
04/03/16	7.01	4.00	10.00	97.6%	20.1	ESTEBAN C	Noche
05/03/16	7.01	4.00	10.01	97.5%	19.9	JAROL D	DIA.
07/03/16	7,00	4,01	10,03	97,5%	23,0	CAL	DIA
07/03/16	7,01	4,01	10,06	95,3%	21,0	JIMMY A	Noche
08/03/16	7,01	4,01	10,00	97,3%	21,5	ESTEBAN C	DIA.
08/03/16	7,01	4,00	10,06	95,7%	20,0	JIMMY A	Noche
09/03/16	7,01	4,01	10,04	96,1%	22,0	ESTEBAN C	DIA
09/03/16	7,02	4,00	10,01	96,5%	20,0	JIMMY A	Noche
10/03/16	7.02	4.00	10.00	96,7%	19.6	ESTEBAN C	DIA
10/03/16	7,01	4,01	10,06	96,3%	20,0	JIMMY A	Noche
11/03/16	7.01	4.01	10.00	96,7%	20,5	ESTEBAN C	DIA
11/03/16	7,01	4,01	10,00	96,9	20,0	JIMMY A	Noche
12/03/16	7.01	4,01	10.00	97,1	20,5	ESTEBAN C	DIA
14/03/16	7,01	4,01	10,03	95,6	20,5	JIMMY A	DIA
14/03/16	7.00	4,01	10.04	94.6%	22.5	JAROL D	Noche
15/03/16	7,01	4,01	10,06	95,5%	22,0	JIMMY A	DIA
15/03/16	7.01	4.01	10.01	95.3%	20.4	JAROL D	Noche
16/03/16	7,01	4,01	10,05	95,6%	20,0	JIMMY A	DIA
16/03/16	7,01	4,01	10,05	94,6%	21,0	JIMMY A	DIA
16/03/16	7.01	4.01	10.05	94.9%	21.7	JAROL D	Noche
17/03/16	7,00	4,01	10,05	93,1%	21,9	CAL	DIA
17/03/16	7.01	4.01	10.01	94.3%	20.6	JAROL D	Noche
18/03/16	7,01	4,01	10,05	93,6	20,7	CAL	DIA
18/03/16	7.01	4.00	10.01	95.7%	20.3	JAROL D	Noche
19/03/16	7,01	4,00	10,01	94,3%	20,3	JIMMY A	DIA
21/03/16	7.00	4.01	10.04	93,8%	22.5	JAROL D	DIA
21/03/16	7.01	4.01	10.00	98,9%	21.0	ESTEBAN C	Noche
22/03/16	7.01	4.00	10.02	96.4%	20.1	JAROL D	DIA
23/03/16	7.01	4.01	10.00	97.5%	20.7	ESTEBAN C	Noche
23/03/16	7.01	4.00	10.01	96.8%	20.0	JAROL D	DIA
24/03/16	7.01	4.01	10.00	99.4%	20.9	ESTEBAN C	Noche
24/03/16	7.01	4.00	10.01	96.4%	20.0	JAROL D	DIA
28/03/16	7.00	4.01	10.04	97.4%	22.4	ESTEBAN C	DIA