PROMAIZ

REGISTRO CALIBRACION PEACHIMETRO

Código	
Revisión	000
Fecha	02-02-2017
Página	1 de 1
Revisado por	E.Pizarro
Aprobado por	A.Greig

Equipo:	Orion Star A 2011			Codigo:	PML-017		Turno	
Fecha	Buffer Ph 7,00 +/- 0,05	Buffer Ph 4,00 +/- 0,05	Buffer Ph 10,00 +/- 0,05	Pendiente %	Temperatura °C	Responsable	Día	Noche
02/02/17	7.02	4.00	10.00	98.0	20.0	Esteban C	✓	
03-02-17	7.02	4.00	10.01	97.7%	19.2	Jarol D		✓
03-02-17	7.02	4.00	10.00	101.2%	18.3	Esteban C	✓	
04-02-17	7.02	4.00	10.01	97.8%	19.0	Jarol D		✓
04-02-17	7.02	4.00	10.00	97.5%	19.4	Esteban C	✓	
05-01-17	7,01	4,01	10,00	97,3%	21,5	Jinny D		✓
05-01-17	7.02	4.00	10.00	97.3%	19.2	Esteban C	✓	
06-01-17	7,00	4,01	10,00	97,0%	21,6	Jinny D		✓
06-01-17	7.02	4.00	10.00	96.9%	17.4	Esteban C	✓	
07-01-17	7,00	4,01	10,00	96,0%	22,6	Jinny D		✓
07-02-17	7,002	4,00	10,00	96,4	20,0	Coulet	—	
08-02-17	7,01	4,00	10,00	96,5	20,5	Jinny D		✓
08-02-17	7.02	4.00	10.00	96,5%	19,3	M. Abarca	✓	
09-02-17	7,01	4,01	10,05	95,8%	21,2	Jinny D		✓
09-02-17	7.02	4.00	10.00	96.6%	96,6	M. Abarca	✓	
10-02-17	7,01	4,00	10,00	96,5%	19,4	Jinny D		✓
10-02-17	7.02	4.00	10.00	95.9%	19,2	M. Abarca	✓	
11-02-17	7.00	4.01	10.04	94.8%	22.6	Esteban C		✓
11-02-17	7.01	4.00	10.00	95,3%	20.0	M. Abarca	✓	
12-02-17	7.01	4.01	10.04	94.7%	22.2	Esteban C		✓
12-02-17	7.02	4.00	10.00	95,9%	19.0	M. Abarca	✓	
13-02-17	7.00	4.00	10.03	94.4%	22.8	Esteban C		✓
13-02-17	7.02	4.00	10.00	94.9%	19.3	M. Abarca	✓	
14.02.17	7.00	4.01	10.03	94.4%	23.2	Esteban C		✓
14-02-17	7,02	4,00	10,00	95,0	19,2	Jinny D	✓	
15-02-17	7.00	4.01	10.04	93.9	23.0	Esteban		✓
15-02-17	7,02	4,00	10,00	94,8	19,0	Jinny D	✓	
16-02-17	7.00	4.01	10.04	94.9	23.0	Esteban C		✓
16-02-17	7,02	4,00	10,00	94,9	20,5	Jinny D	✓	
17-02-17	7.01	4.01	10.04	93.2%	21.9	Jarol D		✓
17-02-17	7,02	4,00	10,00	93,1%	19,2	Jinny D	✓	
18-02-17	7.00	4.01	10.04	92.8%	22.5	Jarol D		✓
18-02-17	7,02	4,00	10,00	93,2%	18,0	Jinny D	✓	
19.02.17	7.01	4.00	10.01	98.8%	16.3	Jarol D		✓
19-02-17	7,01	4,00	10,00	94,9%	20,5	Jinny D	✓	
20-02-17	7.00	4.01	10.01	97.5%	25,3	Jarol D		✓
20.02.17	7.02	4.00	10.00	98.9%	13.9	Esteban C	✓	