PROMAIZ

Registro de verificacion balanza Análitica

Valor nominal masa control	1 mg	5 mg	100 mg	1 gr	10 gr.
Limite superior de control					
Limite inferior de control					

Balanza	SHIMADZU AUX-220		Codigo	PML-001	Mes	NOVIEMBRE 2016
Dia	1 mg	5 mg	100 mg	1 g	10 g	Responsable
1						
2	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
3	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
4	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
5						
6	/	/	/	/	/	
7	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
8	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
9	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
10	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
11	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
12						
13	/	/	/	/	/	
14	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
15	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
16	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
17	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
18	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
19						
20	/	/	/	/	/	
21	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
22	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
23	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
24	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
25	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
26						
27	/	/	/	/	/	
28	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
29	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E PIZARRO
30	0.0010	0.0050	0.1000	1.0000	10.0002	E. PIZARRO
31						